

Mouse Leptin/LEP

Micro-Sample ELISA Kit

Catalog No.: RK00380MS

version: 2.0

***使用产品前，请务必阅读产品包装内说明书**

产品简介

本试剂盒产品使用夹心法定量测定小鼠血清、血浆、细胞培养上清或其它生物体液中 LEP 的含量。

产品检测原理

本实验采用双抗夹心 ELISA 法。将抗 LEP 抗体预先包被在酶标板上，向微孔中分别加入标准品和样品，样本中 LEP 与固相载体上的抗体结合。孵育后，未结合的样品在洗涤过程中会被洗去，加入抗 LEP 的检测抗体，形成双抗体夹心。洗去未结合的检测抗体，然后向微孔中加入酶结合物。孵育和洗涤后，加入底物 TMB。样品中 LEP 的含量与 TMB 反应的颜色深浅呈正相关，加入酸终止反应并测量吸光值。根据梯度稀释的 LEP 标准品的吸光值绘制标准曲线并求出样品的浓度。

试剂盒组分及保存条件

未拆封的试剂盒可在 2-8°C 保存 1 年，已拆封的产品须在 1 个月内使用完。

组分	规格	货号	拆封后保存条件
小鼠 LEP 预包被酶标板 Mouse LEP Microwell Plate Coated	8 × 12	RM01548	将未使用的板条放回装有干燥剂的铝箔袋中，并重新密封，可在 2-8°C 存储 1 个月。
小鼠 LEP 冻干标准品 Mouse LEP Standard Lyophilized	2 支	RM01545	复溶后不建议再次使用。
小鼠 LEP 浓缩生物素化抗体 (100×) Mouse LEP concentrated Biotin Conjugate Antibody (100x)	1 × 120 μL	RM01546	可在 2-8°C 存储 1 个月。
浓缩链霉亲和素-HRP (100x) Streptavidin-HRP Concentrated (100x)	1 × 120 μL	RM01547	可在 2-8°C 存储 1 个月。

标准品/样本稀释液 (R1) Standard/Sample Diluent (R1)	1 × 20 mL	RM18001	可在 2-8°C 存储 1 个月。
生物素化抗体稀释液 (R2) Biotin-Conjugate Antibody Diluent (R2)	1 × 12 mL	RM00024	
链霉亲和素-HRP 稀释液 (R3) Streptavidin-HRP Diluent(R3)	1 × 12 mL	RM00025	
浓缩洗涤液 (20×) Wash Buffer (20×)	1 × 30 mL	RM00026	
显色底物 TMB Substrate	1 × 12 mL	RM00027	
终止液 Stop Solution	1 × 6 mL	RM00028	
封板膜 Plate Sealers	4 张		
说明书 Specification	1		

***特别提示：**表中所列为 96T 规格试剂盒，48T 试剂盒除标准品外，其他组分量均减半，请知悉。

实验所需的材料

1. 酶标仪，并配置主波长 450 nm，次波长 630 nm 或 570 nm。
2. 单/多通道移液器及吸头。
3. 去离子水或蒸馏水。
4. 洗瓶或是自动洗板机。
5. 恒温箱。
6. 灭菌的试管或是 EP 管（用于样本或是标准蛋白的稀释）。

重要提示

*本产品仅用于科研，不能用于临床诊断。

1. 请在有效期内使用，不同批次试剂请勿混用。
2. 如测试获得的样本 OD 值超过了产品的最高检测限，请使用产品中的标准品/样本稀释液（R1）对样本进行稀释。所以，在正式测试样本前，建议先进行样本的预测试。
3. 实验过程中的加样、洗板、孵育时间、孵育温度等操作均会对最终结果造成影响，请严格管理实验流程并做好记录。
4. 样本的收集、处理及保存均会对检测结果产生影响，请务必严格管理样本的处理过程。


5. 在本试验中对所有因素进行试验之前, 不能排除干扰的可能性。
6. 终止液具有腐蚀性, 请做好相关防护。操作时请佩戴手套, 必要时佩戴护目镜。
7. 为保证最佳检测效果, 相关试剂组分的保存请参照标签或是说明书。
8. 试剂配制后充分混匀对检测结果非常重要, 但避免剧烈涡旋导致蛋白活性损失, 请谨慎使用涡旋。
9. 使用灭菌耗材配制试剂, 以免造成试剂污染, 影响最终检测结果。
10. 产品在储存与使用过程中需避光。
11. 为保证最佳检测效果, 在加不同样本时, 请注意更换吸头。
12. 严格按照说明书要求进行试剂配制和保存。如您将分次使用试剂盒, 请使用封口袋密封好预包被板, 并在开封后 1 个月内使用完。
13. 48T 的试剂盒也同样可参考说明书进行实验。

样本收集与保存

1. 细胞培养上清：1,000 x g 离心 10 分钟，及时检测；或分装后 -20℃至-70℃保存（24 小时内可置于 2-8℃），避免反复冻融。
如果细胞培养上清样本的稀释度比较大，可先用培养基进行中间的稀释，最后用标准品/样本稀释液(R1)稀释。
2. 血清：使用血清分离管，分离血清前让样品凝结 30 分钟，1000 x g 离心 10 分钟并及时检测；或分装后-20℃至-70℃保存（24 小时内可置于 2-8℃），避免反复冻融。
3. 血浆：收集血浆时用 EDTA 或肝素作为抗凝剂，在 30 分钟内 1,000 x g 离心 15 分钟收集样本，及时检测；或分装后-20℃至-70℃保存（24 小时内可置于 2-8℃），避免反复冻融。
4. 其它生物体液：1,000 x g 离心 20 分钟，取上清即可检测，或将上清置于-20℃或-80℃保存，避免反复冻融。
5. 避免使用溶血、高血脂血清/血浆样本。

试剂准备

1. 使用前将所需试剂平衡至室温。若浓缩液有结晶，需要将试剂置于室温轻轻摇动，直至晶体完全溶解。
2. 标准品：向冻干品中加入 100 μL 的标准品/样本稀释液 R1，轻轻混匀至少 15 分钟，使冻干品完全溶解至浓度为 80 ng/mL 。按照下图准备好包含 R1 稀释液的 EP 管，并按照提示进行梯度稀释（建议稀释成以下浓度：80, 40, 20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0 ng/mL ；试剂盒最终标准曲线为 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 0 pg/mL ）。



3. 浓缩生物素化抗体 (100 $\times$): 在使用前用生物素化抗体稀释液 (R2) 将浓缩生物素化抗体以 1:100 的比例稀释，注意：稀释后的工作液应在 30 分钟内使用。

4. 浓缩链霉亲和素-HRP (100×)：在使用前用链霉亲和素-HRP 稀释液 (R3) 将浓缩链霉亲和素-HRP 以 1: 100 的比例稀释。注意：稀释后的工作液应在 30 分钟内使用。
5. 洗涤液：在使用前用双蒸水或去离子水将洗涤液以 1: 20 的比例稀释。

样本准备

不同的样本需要根据具体情况选择合适的稀释倍数，稀释样本请使用试剂盒内的标准品/样本稀释液 (R1)。

1. 细胞上清：由于细胞上清样本因实验条件不同，呈现较大的差异，故细胞上清样本建议进行预测试来决定合适的稀释倍数，样本稀释请使用标准品/样本稀释液 (R1) 或是 PBS。
2. 血清/血浆：由于存在个体差异，请提前预估样本的浓度范围，并通过预实验确定待检样本的稀释倍数。
样本稀释请使用标准品/样本稀释液 (R1)。

实验步骤

为获得理想的实验结果，请注意，所需使用的试剂在使用前平衡到室温。建议所有标准品、对照品和样品均做复孔测试。

1. 按照前几节的指示准备好所有试剂、标准品和样品。从板框上取下待用的微孔板条，将剩余的板条放回装有干燥剂的铝箔袋中，然后重新密封保存。
2. 每孔加入 1x 洗涤缓冲液 350 μL ，静置 40 秒后弃去液体，该步骤共洗涤 3 次。
3. 在空白孔中添加 100 μL 标准品/样本稀释液（R1）。
4. 在其他孔中分别加入 90 μL 标准品/样本稀释液（R1），再加入 10 μL 不同浓度的标准品（梯度稀释后）或样品，用提供的封板膜封闭板孔，37°C 孵育 2 小时。
5. 在使用前 15 分钟配制好生物素化抗体工作液。
6. 弃去孔中液体，重复步骤 2 中的洗涤步骤。
7. 每孔中加入生物素化抗体工作液（100 μL /孔），并盖上新的封板膜，37°C 下孵育 1 小时。
8. 使用前 15 分钟配制好链霉亲和素-HRP 的工作液。
9. 弃去孔中液体，重复步骤 2 中的洗涤步骤。
10. 每孔中加入链霉亲和素-HRP 工作液（100 μL /孔），并盖上新的封板膜，37°C 孵育 30 分钟。
11. 在孵育期间，打开酶标仪预热 30 分钟后再进行测量。
12. 弃去孔中液体，重复步骤 2 中的洗涤步骤。

13. 向孔中加入 TMB 底物 (100 μL /孔)。在 37°C 下避光孵育 15-20 分钟。
14. 加入终止液 (50 μL /孔), 并立即放入酶标仪, 在 5 min 内测定每个孔 450 nm 的 OD 值。如果可以选择校正波长, 则设置为 570 nm 或 630 nm。并从 450 nm 的读数中减去 570 nm 或 630 nm 的读数, 这种方式可以校正并去除非显色物质的 OD 值, 从而获得更准确的检测结果。如果无法选择校正波长, 则获得的读数将偏高, 导致读数的准确度下降。

简要实验流程

准备好需要的标准品和试剂

洗板 3 次



向孔中加入 90 μL 标准品/样本稀释液 (R1) ,

再加入 10 μL 标准品或待测样本

37°C 孵育 2 小时, 然后洗板 3 次



每孔加 100 μL 生物素化抗体工作液

37°C 孵育 1 小时, 然后洗板 3 次



每孔加 100 μL 链霉亲和素-HRP 工作液

37°C 孵育 0.5 小时, 然后洗板 3 次



加入 100 μL 底物溶液, 37°C 避光, 孵育 15-20 分钟



加入 50 μL 终止液



5 分钟内检测 450 nm 波长的 OD 值


校正波长设置为 570 nm 或 630 nm

结果计算

1. 计算标准蛋白各浓度、质控、样本等复孔的平均 OD 值，每个测试的 OD 值都应减去空白孔的 OD 值以及次波长的 OD 值。
2. 使用测试获得的 OD 值绘制标准曲线，推荐使用 4-PL 拟合，具体也可根据需求选择其他拟合方式来绘制标准曲线。使用计算机软件以吸光度 OD 值为纵坐标（Y），相应的 LEP 标准品浓度为横坐标（X），绘制标准曲线。样品的含量可根据其 OD 值由标准曲线计算出相应的浓度。
3. 如果样本在上样检测时进行了稀释，那么计算获得浓度需要乘以相应的稀释倍数。

典型数据

此标准曲线图仅供参考，计算实验结果请以实际实验数据进行。



检测范围

125-8000 pg/mL

灵敏度

最低检测 LEP 可达 31.25 pg/mL。

重复测定空白样本 20 次，计算 20 次反应测得的均值 ($\bar{X}$) 和标准差 (SD)，以 $\bar{X}+2SD$ 计算出相应的浓度，即为分析灵敏度。

特异性

本试剂盒可用于检测重组/天然小鼠 LEP。

该方法对 LEP 的检测具有较高的灵敏度和特异性。

LEP 与类似物无明显交叉反应或干扰。

注意：

由于现有的技术和知识的限制，我们不可能完成 LEP 与所有类似物之间的交叉反应检测，因此交叉反应可能仍然存在。

精密度

批内差

在同一块板上重复测试三个已知浓度的样品 20 次, 计算浓度的变异系数 (CV)。

批内 CV<10%。

批间差

用两批试剂盒对三个已知浓度的样品分别进行 20 次测试, 计算浓度的变异系数 (CV)。

批间 CV<15%。

	批内精密度			批间精密度		
样本	1	2	3	1	2	3
数量	20	20	20	20	20	20
浓度(pg/mL)	312.5	1000	6000	312.5	1000	6000
标准偏差 (SD)	11.38	40.3	339	19.47	58.8	277.2
变异系数 CV(%)	3.64	4.03	5.65	6.23	5.88	4.62

回收率

将高、中、低 3 个不同浓度的 LEP 蛋白加入到对应的样本中检测，并计算蛋白的回收率（实际测试的样本浓度/理论样本浓度 x100%）。

样本类型	平均回收率（%）	范围（%）
细胞上清(n=5)	88	80-95
血清(n=5)	86	80-93

线性

将高浓度 LEP 加入样本中，在标准曲线范围内稀释并计算线性。

/	/	细胞上清(n=5)	血清(n=5)
1:2	平均符合率 (%)	94	96
	范围 (%)	85-102	81-110
1:4	平均符合率 (%)	96	99
	范围 (%)	88-104	91-107
1:8	平均符合率 (%)	99	103
	范围 (%)	93-105	92-114
1:16	平均符合率 (%)	98	97
	范围 (%)	87-109	83-111

ELISA 常见问题分析及解决方法

问题描述	可能原因	解决方法
高背景值	洗板不充分	按要求充分洗涤，保证洗板时间、次数及每孔加样量无误
	孵育条件不正确	检查孵育时间、温度是否按要求进行
	试剂、样本的交叉污染	注意实验过程中可能造成样本交叉污染的操作；配制新鲜的试剂，重复测试
无信号值或过低的信号值	试剂配制和使用错误	检查试剂配制浓度是否正确，是否按照顺序使用
	酶标仪使用、设置不正确	提前预热；设置正确的主、次波长读数
	显色时间过短	最佳显色时间应控制在 15-25min
	终止后，未及时读数	加入终止液后，在 5min 内读数
	样本基质效应	使用阳性质控品对照测试
过强的信号值	TMB 底物变质	检查 TMB 底物是否变蓝，使用新的底物试剂
		避免使用金属物质接触底物造成变质失效
	每步实验未更换新的封板膜	每步实验更换新的封板膜
	样本中目标蛋白量过高	预测试，选择适当稀释倍数测试

重复性差	加样量不均一	检查移液器，定期校准
	样本有杂质或沉淀物	样本使用前，请离心样本
	试剂配制未充分混匀	加样前充分混匀试剂

*仅供科研使用，不可用于治疗或诊断目的。